

高度管理医療機器	機械器具20 体液検査用器具 グルコースモニタシステム (自己検査用グルコース測定器)	44611003 30854000
----------	---	----------------------

特定保守管理医療機器

FreeStyle リブレ

【警告】

適用対象(患者)

1. プラリドキシムヨウ化メチルを投与中の患者における血糖測定値に対する影響について、事前に製造販売業者から情報を入手すること。[プラリドキシムヨウ化メチルを投与中の患者で、実際の血糖値よりも高値を示すことがあり、その偽高値に基づきインスリン等の血糖降下剤を投与することにより、昏睡等の重篤な低血糖症状があらわれるおそれがある。]

**【禁忌・禁止】

適用対象(患者)

1. 読取装置(Reader)は個人で使用してください。家族を含め、他の人と一緒に使用することはできません。[感染を広げるリスクがあるため]

併用医療機器(「相互作用」の項参照)

1. フラッシュグルコースモニタリングとして使用する場合、FreeStyle リブレ(センサー)と一緒に使用してください。他社のグルコースモニタリング装置の構成部品と一緒に使用しないでください。[正しい測定が行えないため]
2. ペースメーカーなど、他の埋め込み式医療機器と一緒に使用しないでください。[誤作動のおそれがあるため]

使用方法

1. 電極を使用した測定の場合、新鮮な毛細管全血が測定対象です。
FSプレジジョン血糖測定電極Ⅱ:動脈血、静脈血、新生児血、血清検体、又は血漿検体には使用できません。[正しい結果が得られない可能性があるため]
β-ケトン測定電極Ⅲ:動脈血、新生児血、血清検体、又は血漿検体には使用できません。[正しい結果が得られない可能性があるため]

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

詳細は、取扱説明書「システムの概要」を参照してください。

FreeStyle リブレフラッシュグルコースモニタリングシステムは2つの主要な部品で構成されています。手のひらサイズのReaderと、上腕の後ろ側に装着する使い捨てセンサー。

Readerを使って、ワイヤレスでセンサーをスキャンすることで、グルコース値を測定することができます(フラッシュグルコースモニタリング)。

また、Readerには、血糖及び血中ケトン体測定機能が備わっており、FSプレジジョン血糖測定電極及びβ-ケトン測定電極Ⅲを用いて測定することができます(電極を使用した測定)。

(1) Reader キット

本キットには、電源アダプター1個及びUSBケーブル1本が含まれています。



- ① **タッチスクリーン**
ホーム画面の表示
センサーのグルコース測定値の表示
血糖測定値、血中ケトン体測定値の表示
コントロール測定値の表示
測定履歴の表示、目標範囲内であった時間の表示、アラームの設定
 - ② **USBポート**
Readerの充電及び、コンピューターへの接続に使用します。
 - ③ **電極挿入口**
ここに電極を挿入して測定機能を使用します。
 - ④ **ホームボタン**
Readerの電源オン/オフ、ホーム画面を表示します。
 - ⑤ **無線通信部**
センサーをスキャンし、センサーに記憶されたグルコース値を非接触(誘導式読み書き通信設備 13.56MHz)で読み取ります。
 - ⑥ **外装**
Readerの外装カバー
- (2) **センサーキット**
センサーに関する詳細は、センサーの添付文書を参照してください。

2. 寸法・質量

Readerのサイズ: 95 mm x 60 mm x 16 mm

Readerの質量: 65 g

3. 電源仕様

(1) 電源

リチウムイオン充電電池 1個

(2) 電磁両立性規格(EMC)への適合

IEC60601-1-2:2007の要求事項に適合します。

(3) 電撃に対する保護の形式

内部電源機器

4. 作動・動作原理

(1) フラッシュグルコースモニタリング

センサーを上腕の後ろ側に装着し、Readerで測定開始を設定すると、センサーは皮下間質液中のグルコース値を連続的に測定し、記録します。Readerのグルコース値を測定を選択し、センサーをスキャンすると、センサーに記録されたグルコース値がReaderにワイヤレスで送信され、グルコース値がReaderのタッチスクリーンに表示されます。本品は自己血糖測定による校正が不要です。

(2) 酵素電極法

血液検体又はコントロール溶液を電極に付けると、グルコース又はケトン体が電極上の化学物質と反応します。測定器はこの反応によって生じた微弱な電流を測定します。測定結果はReaderのタッチスクリーンに表示されます。

5. 使用環境条件

Readerの操作温度範囲: 10 ~ 45°C

Readerの操作湿度範囲: 10 ~ 90% (結露のない状態)

測定機能を使用する場合の操作温度は、使用する電極の使用環境条件と同じです。電極の添付文書を参照してください。

6. 測定範囲

(1) フラッシュグルコースモニタリング

測定範囲: 40 ~ 500 mg/dL

(2) 酵素電極法

血糖測定範囲: 20 ~ 500 mg/dL

血中ケトン体測定範囲: 0.3 ~ 8.0 mmol/L (β-ヒドロキシ酪酸濃度)

ISO 15197:2013の分析性能の基準に適合します。

7. 専用電極

- FSプレジジョン血糖測定電極

- β-ケトン測定電極Ⅲ

【使用目的】

本品は、皮下に挿入したセンサーが間質液中のグルコース濃度を連続的に測定し、Readerでスキャンすることで、連続測定した間質液中グルコース濃度変動パターンを表示する。

本品から得られた間質液中グルコース濃度に関する情報は、自己血糖値測定間の血糖値トレンドを推定し、自己血糖値測定による糖尿病の血糖値管理を補助することを目的とする。

本品のReaderは、血糖値及び血液中のケトン体(β-ヒドロキシ酪酸)を測定する測定器として機能する。専用の血糖測定電極又はβ-ケトン測定電極と組み合わせて使用する。

**【使用方法等】

1. Readerの設定

最初にシステムを使用する際に、Readerの設定を行ってください。

日付と時刻を正しく設定することはとても重要です。これらの設定値が、Readerのデータと設定に影響を与えます。

- (1) ホームボタンを押してReaderの電源を入れます。
- (2) タッチスクリーン上の矢印で現在の日付を設定します。次へをタッチすると次に進みます。
- (3) 現在の時刻を設定します。次へをタッチすると次に進みます。
- (4) 目標グルコース値範囲を設定します。医師と相談して目標グルコース値範囲を決定してください。次へをタッチすると使用方法に関する2つのメッセージが表示されます。
- (5) 完了をタッチすると設定が完了し、ホーム画面に戻ります。設定の変更については、取扱説明書「Reader設定の変更」を参照してください。

2. 操作方法

詳細は、取扱説明書を参照してください。

(1) フラッシュグルコースモニタリング

センサーの装着

センサーは、必ず上腕の後ろ側に装着してください。

センサー装着の詳細については、センサーの添付文書を参照してください。

センサーの起動

- ① ホームボタンを押してReaderの電源を入れます。
- ② 新しいセンサーを起動をタッチします。
- ③ センサーから4cm以内のところでReaderを持ち、スキャンします。これでセンサーが起動します。センサーは60分後からグルコース測定に使用できるようになります。

センサーは、装着後14日間経過すると自動的に機能が停止します。センサーの取り外し及び交換方法については、取扱説明書又はセンサーの添付文書を参照してください。

グルコース値の確認

- ① ホームボタンを押してReaderの電源を入れる、又はホーム画面からグルコース値を測定をタッチします。
- ② センサーから4cm以内のところでReaderを持ち、スキャンします。センサーはワイヤレスでグルコース値をReaderに送信します。タッチスクリーンに現在のグルコース値と連続するグルコース値のグラフが表示されます。詳細は、取扱説明書「グルコース値の測定」を参照してください。

メモの追加

グルコース値とともに、食事、運動、投薬に関する記録を保存することができます。

詳細は、取扱説明書「メモの追加」を参照してください。

履歴の確認

グルコース値履歴の確認及び理解は、グルコースコントロールを改善するための重要なツールです。Readerには約90日間の情報が保存され、いくつかの方法で、過去のグルコース値、記録、及びその他の情報を表示することができます。

詳細は、取扱説明書「履歴の確認」を参照してください。

FreeStyleリブレソフトウェア

FreeStyleリブレソフトウェアは、レポートの表示やReader設定の変更に使います。

詳細は、取扱説明書「FreeStyleリブレソフトウェア」を参照してください。

(2) 電極を使用した測定

Readerには、測定機能が備わっており、血糖測定や血中ケトン体測定の実施、また、コントロール測定により測定器と電極の機能の確認を行うことができます。

センサーを装着していても、装着してなくても、測定機能を用いて血糖値及びケトン体値(β-ヒドロキシ酪酸濃度)を測定することができます。測定機能を使用する前に、電極の添付文書を必ずお読みください。

血糖及びケトン体測定

- ① 専用電極をホイル包装から取り出します。
 - ② Readerの電極挿入口に電極の差込部分(黒の三本線)を差し込みます。
 - ③ 穿刺器具を用いて血液を採取し、電極の先端の白いターゲットエリアに付けます。
 - ④ タッチスクリーンに測定結果が表示されます。
- 測定後は、石けんと水で、手と測定部位を洗い、良く乾かしてください。測定方法の詳細は、取扱説明書及び使用する電極の添付文書を参照してください。

コントロール測定

測定結果に疑問がある場合及び、Readerと電極が正常に機能していることを確認したい場合に、コントロール測定を実施してください。詳細は、取扱説明書「コントロール測定」を参照してください。

(3) Readerの充電


完全に充電されたReaderの電池は、最長で7日間使用可能です。電池寿命は、使用状況によって異なります。電池残量が1日分の電池量になると、電池残量低下のメッセージが結果とともに表示されます。付属のUSBケーブルを、付属の電源アダプターを用いてコンセントに差し込んでください。USBの反対側をReaderのUSBポートに差し込んでください。

注意: 充電の際には必ず、電源アダプターが簡単に外せる場所を選択してください。

(4) トラブルシューティング

Readerにエラーが生じると、エラーを解決するための指示と一緒にエラーメッセージが画面に表示されます。詳細は、取扱説明書「トラブルシューティング」を参照してください。

3. 使用方法に関連する使用上の注意

- Readerが正常に機能していないことが考えられる場合、Readerテストを行って確認してください。ホーム画面から設定シンボル  をタッチし、システムのステータスを選択し、**読取装置テスト**を選択します。
注: Readerテストにより内部の診断を行い、画面、音、タッチスクリーンが正常に機能していることを確認できます。
- Readerを電源又はコンピューターにつないでいるときに測定機能を使用しないでください。
- システム使用時の電磁環境については、取扱説明書「電磁両立性」を確認してください。
- Readerを水又はその他の液体に浸けないでください。汚れ、埃、血液、コントロール溶液、水、又はその他の物質がUSBポート又は電極挿入口に付かないように気を付けてください。

** <組み合わせる使用上の注意>

本品(FreeStyleリブレ(Reader))と組み合わせる専用電極は、以下のとおりです。

販売名	承認番号	製造販売業者
FSプレジジョン血糖測定電極	22600AMX01286000	アボットジャパン株式会社
β-ケトン測定電極III	22300AMX00567000	アボットジャパン株式会社

**【使用上の注意】

重要な基本的注意

詳細は、取扱説明書を参照してください。

- ** 本品は4歳以上の患者に対して使用できます。
- ** 測定結果に基づく臨床診断は、臨床症状や他の検査結果と合わせて医師が総合的に判断してください。[診断の際には総合的な判断が必要なため]
- ** 測定結果により医師の指示なく経口薬又はインスリンの投与量を変更しないでください。[治療の変更は医師の指示に従う必要があるため]
- FreeStyleリブレフラッシュグルコースモニタリングシステムは、間質液中のグルコース値の測定に用います。以下の状況においては、血糖測定機能を用いて測定を行い、本システムのセンサーによる現在のグルコース値を確認してください。
 - グルコース値が急速(1分間に2mg/dL以上)に変化している場合。センサーによって測定され、現在の値として報告された間質液中のグルコース値が正確に血糖値を反映していない場合があります。グルコース値が急

速に低下するとき、センサーのグルコース値が血糖値よりも高くなる場合があります。逆に、グルコース値が急速に上昇するとき、センサーによるグルコース値が血糖値よりも低くなる場合があります。

- センサーにより得られた低血糖又は低血糖の可能性について確認する場合。
- FreeStyleリブレフラッシュグルコースモニタリングシステムの測定結果と一致しない症状がある場合、又は測定値の正確性に疑問がある場合。問題が続く場合には、使用中のセンサーを新しいものと取り換えてください。それでも、グルコース値と自覚症状が一致しない場合には、医師にご相談ください。
- 指先から採血する場合は、穿刺前に、必ず流水でよく手を洗ってください。
- 果物等の糖分を含む食品などに触れた後、そのまま指先から採血すると指先に付着した糖分が血液と混じり、血糖値が偽高値となるおそれがあります。[アルコール綿による消毒のみでは糖分の除去が不十分との報告があります。]
- 以下のような末梢血流が減少した患者の指先から採血した場合は、血糖値が偽低値を示すことがあるため、静脈血等他の部位から採血した血液を用いて測定してください。
 - 脱水状態
 - ショック状態
 - 末梢循環障害
- FreeStyleリブレフラッシュグルコースモニタリングシステムには、飲み込むと危険な小さな部品が含まれています。
- 間質液と毛細管血との生理学的な違いにより、グルコース値に差が生じる場合があります。間質液と毛細管血とのグルコース値の違いは、食後、インスリン投与後、運動後などの、血糖が急速に変化しているときにみられる場合があります。
- 重度の脱水、過度の水分損失により、測定値が不正確になる場合があります。脱水症状が認められる場合には、すぐに医師に相談してください。
- システムの性能に対する影響が評価されていないため、X線、MRI、CTスキャンなどの検査予約がある場合には、使用しているセンサーを取り外し、検査終了後に新しいものを装着してください。
- FreeStyleリブレフラッシュグルコースモニタリングシステムによるグルコース値が自覚症状と一致しない場合、センサーが緩んできていないかを確認してください。センサーの先端が皮膚から外れている場合、又はセンサーが緩んできている場合には、センサーを取り外し、新しいセンサーを装着してください。

エラーメッセージ

<フラッシュグルコースモニタリング>

- ReaderにLOが表示された場合、測定値が40mg/dLより低いことを示します。HIが表示された場合は、測定値が500mg/dLより高いことを示します。メッセージボタンをタッチして詳細な情報を確認することができます。血糖測定電極を用いて指先の血糖値を確認してください。それでもLO又はHIが表示された場合には、すぐに医師に連絡してください。

<電極を使用した測定>

- 血糖測定の際、ReaderにLOが表示された場合、測定結果が20mg/dLより低いことを示しています。HIが表示された場合、測定結果が500mg/dLより高いことを示しています。メッセージボタンをタッチすると詳細情報が表示されます。血糖測定電極を使用して血糖を再度確認してください。再びLO又はHIが表示された場合には、すぐに医師にご相談ください。
- ケトン体測定の際、ReaderにHIが表示された場合、ケトン体値が8.0mmol/Lを超えていることを示します。メッセージボタンをタッチすると詳細を確認できます。新しい電極で再度ケトン体測定を行ってください。再度HIが表示される場合には、すぐに医師にご連絡ください。
- 血糖測定の際、E-4が表示された場合、血糖値が高すぎて、システムの測定範囲を超えているか、又は、電極に問題がある可能性があります。新しい電極で再度測定を行ってください。再度E-4が表示された場合は、すぐに医師にご連絡ください。
- メッセージ又は測定結果について疑問がある場合、対処を行う前に医師に相談してください。

** 相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)

<併用禁忌(併用しないこと)>

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
他社のグルコースモニタリング装置の構成部品、FreeStyleリブレPro(センサー)	FreeStyleリブレの測定結果が臨床症状と一致しない、または偽高値/偽低値となる可能性があります。	正しい測定が行えないため。
ペースメーカーなどの埋め込み式医療機器	FreeStyleリブレと一緒に使用すると、電磁波による干渉の可能性がります。	誤作動のおそれがあるため。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

Readerの保管温度:-20~60℃

2. 耐用期間

3年 [自己認証(当社データ)による]

【保守・点検に係る事項】

保守・点検に関する詳細は、取扱説明書「メンテナンスと廃棄」を参照してください。

使用者による保守点検事項

クリーニング

水で10倍に薄めた家庭用漂白剤で湿らせた布を用いてReaderの表面をやさしく拭いて、乾かしてください。

メンテナンス

FreeStyleリブレフラッシュグルコースモニタリングシステムには、修理可能な部品は含まれていません。

廃棄

本製品は、電気機器、電池、とがっているもの、体液に暴露した可能性のある物質の廃棄に関する、地域の規制に従って廃棄してください。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: アボットジャパン株式会社
問合せ先: アボットジャパン株式会社
お客様相談窓口
TEL:0120-37-8055

* 外国製造所: アボットダイアベティスケアインク
Abbott Diabetes Care Inc.
米国